GMINA
BUSKO ZDRÓJ
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko Zdrój
woj. świętokrzyskie

Znak sprawy: RSID.271.29.2018.ZP

Busko-Zdrój, 27.04.2018 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Busko - Zdrój wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa - zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 - dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Zamawiający wymaga w części I zamówienia min. 60 m-cy gwarancji na oferowane produkty oraz nalicza dodatkowe punkty za każdy dodatkowy okres gwarancji.

Czy zamawiający w tym wymaganiu ujmuje także zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 Torba/Plecak? W ramach wyposażenia zestawów znajdują się wyroby medyczne, dla większości których maksymalny okres gwarancji to 5 lat, stąd zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji jest niemożliwe. Czy może zamawiający w tej części miał na myśli tylko defibrylatory AED?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w SIWZ pkt 3.3 ppkt. 2 Udzielona gwarancja i rękojmia obejmuje wszystkie elementy dostarczonego wyposażenia oraz sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji, tj. środków medycznych stanowiących wyposażenie zestawów PSP R1.

Pytanie 2

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że oferowane zestawy ratownictwa medycznego mają posiadać wpis do rejestru wyrobów medycznych wg standardu określonego w wytycznych KSRG z lipca 2013. W dalszej części opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zamieścił opis wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego, który nie jest określony w w/w wytycznych (np. opatrunek wentylowy na ranę kl. piersiowej HyFin, Ssak ręczny wielorazowego użytku z wymiennymi 2 pojemnikami 250 ml/50ml) powoduje to konieczność uzyskania na potrzeby niniejszego postępowania dodatkowego wpisu do rejestru wyrobów medycznych wg konkretnej specyfikacji, uzyskanie której może nie być możliwe w tak krótkim czasie. Wnosimy o modyfikację opis wymagań poprzez usunięcie opisów nieokreślonych w

wytycznych: Zasady organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym" zatwierdzone przez Komendanta Głównego PSP w Lipcu 2013r.

Wytyczne "Zasady organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym" wskazują na rodzaj wyposażenia zestawów ratownictwa medycznego,
bez określania rozwiązań technicznych np. ssak z pojemnikiem o określonej pojemności
- co mogło by sugerowań dostawcę lub producenta. Mając na uwadze jak na wstępie wnosimy o modyfikację tej części wymagań.

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza umieszczenie w zestawie PSP R1 opatrunku wentylowego na ranę klatki piersiowej ACS (zaleca umieszczenie w zestawie PSP R1 opatrunku wentylowego na ranę klatki piersiowej HyFin).

2. Zamawiający dopuszcza umieszczenie w zestawie PSP R1 ssak ręczny dla dorosłych i niemowląt wielorazowego użytku (zaleca umieszczenie w zestawie PSP R1 ssak ręczny dla dorosłych i niemowląt wielorazowego użytku z wymiennymi 2 pojemnikami –250ml/50ml).

BURMISTRZ
Waldemar Sikora